

คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ ๑
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น
โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

1. ความต้องการ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบใช้ปรอทชนิดล้อยเลื่อน
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับใช้ตรวจวัดความดันโลหิตผู้ป่วยของสถานพยาบาล
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดใช้ปรอท แบบติดตั้งบนเสาเตนเลสมีล้อยเลื่อน
 - 3.2 สายต่อระหว่างเครื่องและผ้าพันแขนเป็นแบบขดเป็นวง (Colled Tubing) เมื่อยืดออกสุดความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร
 - 3.3 เสาเตนเลสทำด้วยสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม
 - 3.4 ขาดังแบบ 5 แฉกพร้อมล้อยเลื่อน สามารถปรับสูง-ต่ำได้ตามความต้องการ
4. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค
 - 4.1 สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า 0 - 300 มิลลิเมตรปรอท
 - 4.2 ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสมีคุณสมบัติปรอทไม่เกาะติด
 - 4.3 สเกลแสดงค่าบนหลอดแก้วมีความทนทานไม่ลบเลือน
 - 4.4 มีที่ล๊อคปรอทให้อยู่ในกระเปาะไม่ให้รั่วไหลขณะเคลื่อนย้าย
5. อุปกรณ์ใช้งาน

5.1 ผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่	จำนวน 1 ผืน
5.2 ลูกยางพร้อมวาล์วควบคุมความดัน	จำนวน 1 อัน
5.3 ท่อลมแบบขด	จำนวน 1 อัน
5.4 ขาดัง 5 แฉก มีล้อย	จำนวน 1 อัน
6. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 6.1 ผลิตภัณฑท์วีปอเมริกา ยุโรป หรือเอเชีย
 - 6.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 6.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
 - 6.4 ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันรับมอบของครบ
 - 6.5 ผู้ขายจะต้องส่งช่างมาสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


นางนภาพรณ แก้วเหมือน
ประธานกรรมการ


นางนิวดา หนูชูสุข
กรรมการ


นางศิริพร ศรีห่วย
กรรมการ