

คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 2
รถเข็นทำแผล
โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

1. ความต้องการ รถเข็นทำแผล มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับบรรเทาทุกข์อุปกรณ์ในการทำแผลผู้ป่วย
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
 - 3.2 มีล้อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
 - 3.3 มีชั้นวาง 1 ชั้นสำหรับวางของใช้ต่าง ๆ ได้
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 โครงสร้างทำด้วยเหล็กสแตนเลส
 - 4.2 ชั้นบนมีที่วางขวดน้ำยาและกระปุกสำลี
 - 4.3 ชั้นล่างมีลิ้นชัก จำนวน 2 ช่อง
 - 4.4 มีราวสแตนเลสกันกั้นของหล่น 3 ด้าน ทั้ง 2 ชั้น
 - 4.5 ล้อล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ทั้ง 4 ล้อ
 - 4.6 มีที่จับสำหรับเงินเคลื่อนที่
 - 4.7 ขนาดของตัวรถ กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 40 x 70 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
5. อุปกรณ์ประกอบ
 - 5.1 TRAY สแตนเลสพร้อมฝาปิด จำนวน 1 ใบ
 - 5.2 อ่างกลมสแตนเลส จำนวน 1 ใบ
 - 5.3 ถังสแตนเลสพร้อมฝาปิด จำนวน 1 ใบ
6. เงื่อนไขพิเศษ
 - 6.1 ผลิตภัณฑ์ทวีปอเมริกา ยุโรป หรือเอเชีย
 - 6.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 6.3 ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันรับมอบของครบ

นางนภภรณ์ แก้วเหมือน
ประธานกรรมการ

นางนิวดา หนูชูสุข
กรรมการ

นางศิริพร ศรีหรั่ง
กรรมการ