

คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 4
ตะแกรงรองขาทำแผล
โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

1. ความต้องการ ตะแกรงล่างแผล มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับวางล้างแผลผู้ป่วย
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
 - 3.2 มีล้อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
 - 3.3 มีตะแกรงสำหรับวางทำแผล
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 โครงการทำด้วยเหล็กสแตนเลส
 - 4.2 ชั้นบนมีตะแกรง กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 35 x 50 เซนติเมตร
 - 4.3 มีถาดสแตนเลสรองรับของเหลว และมีช่องตรงกลาง
 - 4.4 มีถังสแตนเลสเพื่อรองรับของเหลวอยู่ด้านล่าง
 - 4.5 มีขาตั้งปรับระดับได้
 - 4.6 มีล้อ 4 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
5. อุปกรณ์ประกอบ
 - 5.1 ถังสแตนเลส จำนวน 1 ใบ
6. เงื่อนไขพิเศษ
 - 6.1 ผลิตภัณฑท์วีปอเมริกา ยุโรป หรือเอเชีย
 - 6.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 6.3 ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันรับมอบของครบ

นางนภาพรณี แก้วเหมือน
ประธานกรรมการ

นางนิวดา หนูชูสุข
กรรมการ

นางศิริพร ศรีห่วย
กรรมการ