




คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 8
หม้อต้มเครื่องมือแพทย์แบบไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลิตร แบบสแตนเลส
โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

1. ความต้องการ หม้อต้มเครื่องมือแพทย์ด้วยไฟฟ้าแบบสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับต้มฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ความด้วยร้อน
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50-60 เฮิร์ตซ์ 2,000 วัตต์
 - 3.2 ขนาดวัดภายนอก กว้าง x ยาว x สูงไม่น้อยกว่า 44 x 20 x 25 เซนติเมตร
 - 3.3 ขนาดวัดภายใน กว้าง x ยาว x สูงไม่น้อยกว่า 42 x 18 x 15 เซนติเมตร
 - 3.4 น้ำหนักรวมไม่เกิน 11 กิโลกรัม
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 ช่วงอุณหภูมิปรับระดับได้ 30 - 110 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
 - 4.2 ฮีตเตอร์ทำความร้อนเป็นแบบแช่น้ำ
 - 4.3 มีสัญญาณไฟแสดงขณะฮีตเตอร์ทำงาน
 - 4.4 ไฟสัญญาณ ชนิดหลอดเรืองแสง หรือดีกว่า
 - 4.5 หม้อต้มทำด้วยสแตนเลส
 - 4.6 มีวาล์วระบายน้ำเพื่อปล่อยน้ำทิ้ง
 - 4.7 ภายในหม้อต้มมีตะแกรงสำหรับวางเครื่องมือ
5. อุปกรณ์ประกอบ
 - 5.1 หม้อต้มเครื่องมือ จำนวน 1 ตัว
 - 5.2 ตะแกรงสำหรับวางอุปกรณ์ จำนวน 1 อัน


นางนภาพรณี แก้วเหมือน
ประธานกรรมการ


นางนิวดา หนูชูสุข
กรรมการ


นางศิริพร ศรีหรัย
กรรมการ

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 ผลิตภัณฑ์ทวีปอเมริกา ยุโรป หรือเอเชีย
- 6.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 6.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) อย่างละ 2 ชุด
- 6.4 ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับแต่วันรับมอบของครบ
- 6.5 ผู้ขายจะต้องสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 6.6 ในระยะประกันต้องดำเนินการตรวจเช็คสภาพและการทำงานของเครื่องทุก 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใช้งาน หากเกิดการขัดข้องใด ๆ จากการใช้งาน ผู้ขายจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ หากแก้ไขแล้ว 2 ครั้งและเครื่องยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเครื่องที่มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ามาสำรองใช้แทนให้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือมีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

นางนภภรณ์ แก้วเหมือน
ประธานกรรมการ

นางนิวดา หนูชูสุข
กรรมการ

นางศิริพร ศรีห่วย
กรรมการ